



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej[®]
im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce**
07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A
tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



NEO-OOM-804-47/11

Ostrołęka, dnia 24.07.2014r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. konkursu ofert dla podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych na ten cel i dzierżawą sprzętu.

Odpowiedzi na pytania złożone w niniejszym konkursie:

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę Oferenta, który zaoferuje urządzenia medyczne o nieznacznie zmienionych parametrach, niż określono to w załączniku nr 3 do materiałów konkursowych, mianowicie:

1. Aparat RTG

- w p-cie III.32 zamiast 800 mm będzie spełnione 750 mm
- w p-cie III.34 zamiast 1100 mm będzie spełnione 1050 mm
- w p-cie III.37 zamiast 400 mm będzie spełnione 350 mm
- w p-cie III.38 zamiast 500 mm będzie spełnione 550 mm

Odpowiedź Zamawiającego: tak, zaakceptuje.

2. Aparaty USG

- czy przy zachowaniu pełnych możliwości elastografii dla wymaganych przez Zamawiającego standardowych sond convex, endocavity i liniowych, o czym mowa w p. A.51 oraz B.48 załącznika nr 3, oferent może zaoferować (w możliwościach do rozbudowy) głowice śródoperacyjne, o których mowa w p-tach, A.61, A.62 oraz B.73, B.74 nie współpracujące z oprogramowaniem do elastografii.

Odpowiedź Zamawiającego: tak, zaakceptuje.

3. Aparat do znieczulenia

- w p. 7c prawdopodobnie wystąpił błąd drukarski, gdyż powtórzono zapisy z p. 7 d. Czy Zamawiający mógłby podać właściwy zakres częstotliwości $f = \dots$ (standardowych aparatach $f = 6-60/\text{min}$)

Odpowiedź Zamawiającego: tak, właściwy zakres częstotliwości: $f = 6-60\text{min}$.

DYREKTOR

lek. Wojciech Miazga