



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-ZO-3/2019

Ostrołęka, dn. 21.05.2019r.



**Do wszystkich uczestników
Zapytania ofertowego
(Wykonawców)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 EURO na zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Wniosek I

Pytanie 1:

Prosimy o rezygnację/wykreślenie zapisu „oznakowanie kodem QR lub Data Matrix,” umieszczonego w pkt Tabeli „Nazwa i opis parametru lub funkcje” w części dotyczącej opisu optyk – jest to zapis dopuszczający/wskazujący jedną z firm i ograniczający konkurencję, większość firm ma czytelne oznaczenia na optykach określające np. nr katalogowy (tym samym typ optyki), nr. seryjny (pozwalający zidentyfikować optykę) informacje dotycząca autoklawowalności (słowną lub cyfrową) oraz dodatkowo określenie zalecanego typu/grubości światłowodu. Utrzymanie przywołanego zapisu preferuje jedna z firm w możliwości złożenia oferty

Odpowiedź: W miejscu zapisu „oznakowanie kodem QR lub Data Matrix” należy przyjąć: „Naniesienie na optykę niezmywalnego numeru katalogowego i seryjnego”.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie zapisu nazwy własnej „Hopkinsa” jest to nazwa własna stosowana przez firmę Karl Storz dla opisu systemu optyk soczewkowych. Utrzymanie przywołanego zapisu preferuje jedna z firm w możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź: System soczewek typu Hopkinsa lub równoważny. Do oferty należy dołączyć certyfikat potwierdzający technologię Hopkinsa lub równoważny.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości elektrod :

a/ w tabeli ilości wymagane elektrod pętlowych łącznie 26 szt?:

„Element.....elektroda pętlowa tnąca...” 2 szt , w następnych „pętla tnąca...sterylizowalna „- 12 szt , w kolejnym punkcie „pętla tnąca...sterylizowalna „- 12 szt

Odpowiedź: Oczekuje spełnienia wymagań Zapytania Ofertowego.

b/ w tabeli ilości wymagane elektrod pętlowych łącznie 14 szt?:



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

„Element....elektroda koagulacyjna...” 2 szt , w następnych „elektroda koagulacyjna...sterylizowalna „- 12 szt ,

Odpowiedź : Oczekuje spełnienia wymagań Zapytania Ofertowego.

Pytanie 4:

do zapisów Tabeli „1. Opis przedmiotu zamówienia” - Prosimy o dopuszczenie:

A/ do pkt 1 Tabeli - Elementu pracującego resektoskopu aktywnego, wyposażonego w zamknięte uchwyty na palce. W zestawie elektroda petlowa tnąca w ilości wymaganej , elektroda koagulacyjna w ilości wymaganej, przewód HF oraz tubus do sterylizacji i przechowywani elektrod.

Odpowiedź: Oczekuje spełnienia wymagań Zapytania Ofertowego.

b/ do pkt 2 Tabeli - Optyki urologicznej (cystoskopia, resekcja) 30 stopni, długości 307 mm. średnicy 4 mm., autoklawowalnej, z oznakowaniem średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu oraz oznakowanej nr katalogowym oraz nr seryjnym optyk.

Odpowiedź: Dopuszcza.

c/ do pkt 6 Tabeli - Pętli tnącej bipolarnej kompatybilnej z oferowanym płaszczem, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Dopuszcza.

d/ do pkt 7 Tabeli - Elektrody koagulacyjnej , haczykowej kompatybilnej z oferowanym płaszczem, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Dopuszcza.

e/ do pkt 8 Tabeli - Elektrody koagulacyjnej kompatybilnej z oferowanym płaszczem, w ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszcza.

f/ do pkt 9 Tabeli - Pętli tnącej bipolarnej kompatybilnej z oferowanym płaszczem, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

Odpowiedź: Dopuszcza.

g/ do pkt 10 Tabeli - światłowodu dedykowanego do oferowanych optyk, długość światłowodu minimum 2300 mm, średnica odpowiednia do oferowanej optyki, w ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszcza.

h/ do punktu 11 Tabeli – kosza z pokrywą/zamknięciem oraz uchwytami w ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Wniosek II





MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY[®]

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) materiałów /elementów zużywalnych (elektrody koagulacyjne, pętle tnące), a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odpowiedź: Potwierdza wyłączenie z gwarancji elementów zużywalnych(pętle tnące, elektrody koagulacyjne)



Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Rafał Natkowski