



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-KO-1/20

Ostrołęka, dn. 19.08.2020r.

**Do wszystkich uczestników
Konkursu Ofert
(Przyjmujący Zamówienie)**



Dotyczy: Udzielenia Zamówienia dokonywanego w trybie Konkursu Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii krwi wraz z najmem powierzchni na ten cel.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Udzielający Zamówienia udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Konkursu Ofert, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Konkursu Ofert zarówno dla Przyjmujących Zamówienie biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Udzielającego Zamówienie:

Zmianie ulega:

1. Treść Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do pisma z dnia 19.08.2020r.
2. Treść załącznika Nr 1 Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi – Formularz cenowo – asortymentowy, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do pisma z dnia 19.08.2020r.
3. Treść załącznika Nr 3 Formularz oferty, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do pisma z dnia 19.08.2020r.
4. Treść załącznika Nr 5 Projekt umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do pisma z dnia 19.08.2020r.

Wniosek I

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert:

1. Część E punkt 5 – prosimy o wyjaśnienie czy diagnostyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ma odbywać się w laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia? W załączniku nr 1 do SWKO wymienione jest tylko badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 – jeżeli mają być również wykonywane oznaczenia przeciwciał p. SARS-CoV-2 prosimy o dodanie ich do załącznika nr 1 do SWKO i określenie ich ilości.

Odpowiedź: Tak, diagnostyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 odbywać się ma w Laboratorium w Siedzibie Udzielającego Zamówienie.

2. Część E punkt 9 – prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie testów potwierdzenia metodą western blot dotyczy badań w przypadku ekspozycji zawodowej.

Odpowiedź: Wykonywanie testów potwierdzenia metodą Western Blot dotyczy wszystkich badań wykonanych z testem potwierdzenia.

3. Część E punkt 16, 17, 18, 19, 20 – uprzejmie prosimy o podanie nazwy, producenta, firmy serwisującej i osoby do kontaktu w tej firmie dla systemu informatycznego funkcjonującego



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

w siedzibie Udzielającego zamówienia, z którym ma zostać wykonana integracja. Prosimy także o określenie jaki zakres ma mieć proces integracji.

Odpowiedź: W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce funkcjonującym systemem HIS jest AMMS, którego producentem jest ASSECO S.A. Firmą serwisującą HIS jest HR&IT.

4. Część E punkt 27 – czy Udzielający zamówienia dopuszcza w miejsce wynikomu udostępnianie pacjentom wyników na stronie internetowej z użyciem kodu lub innej formy autoryzacji dostępu do wyniku?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Konkursu Ofert.

5. Część E punkt 48 – prosimy o podanie harmonogramu odbioru materiału i dostarczania wyników do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce.

Odpowiedź: Materiał pobrany w Siedzibie przy ul. Sienkiewicza jest przewożony do laboratorium dwa razy dziennie w godzinach 8.00-9.00 i 13.00-14.00. W dni wolne i dni powszednie po godzinie 16.00 materiał jest odbierany przez wyznaczonego pracownika laboratorium po kontakcie telefonicznym.

6. Część I punkt 5) podpunkt 27) – prosimy o podanie nazwy, producenta, firmy serwisującej i osoby do kontaktu w tej firmie dla laboratoryjnego systemu komputerowego, użytkowanego przez Udzielającego zamówienia. Czy w przypadku braku zgody producenta i licencjodawcy komputerowego systemu laboratoryjnego na użytkowanie i rozbudowę w zakresie opisanym w SWKO Przyjmujący zamówienia może zaproponować własny system informatyczny, posiadający już istniejące i działające funkcjonalności opisane w SWKO?

Załącznik nr 1 do SWKO i umowy - Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi - Formularz asortymentowo - cenowy

Odpowiedź: Obecnie diagnostyka laboratoryjna znajduje się w outsourcingu - firmą outsourcingową jest ALAB Laboratoria sp. z o.o., używa ona systemu LIS firmy MARCEL.

7. Uprzejmie prosimy o podanie ilości każdej z pozycji badań, ponieważ bez tej informacji nie ma możliwości obliczenia wartości badań, który to parametr jest kryterium oceny ofert.

Odpowiedź: Średnia ilość za rok 2019 wyniosła 543 267 badania w przeliczeniu na miesiąc średnio 45 272 badania.

8. Prosimy o podanie pełnej nazwy badania „Mocz 6CMS”.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert.

9. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy maksymalnymi cenami dla poniższych badań:

Czynnik reumatoidalny (RF)-IL	7,50
RF (czynnik reumatoidalny)-ilościowo/surowica/	10,00

FKORTDM wolny kortyzol w moczu (M33)	40,00
Kortyzol w moczu	25,00

Awidność IgG-toxoplazmoza	35,50
Toxo p/c Ig G avidity	35,50
TOXO p/c IgG avidity (tylko w surowicy)	35,00

CMV-DNA-jakościowo(Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą REAL TIME-PCR)	125,00
--	--------

Mazowsze.

serce Polski





MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



CERTYFIKAT 2017/18



Cytomegalia /CMV /met. PCR - materiał:surowica i PMR	119,00
P/c Echinococcus granulosus IgG (Bąblowica) met. WB	143,50
P/c przeciw Bąblowicy- met. Western-Blot	135,00
Poziom Wankomycyny	(puste)
VANCO wankomycyna	37,00
P/c błonie podst.kłębków nerkowych (anty- GBM)(N67)	73,00
P/c przeciw błonie podstawowej kanalików nerkowych	45,00
HSV IgM/PMR/	49,50
HSVMPMR HSV p/c IgM w płynie mózgowo rdzeniowym	120,00

Załącznik nr 2 do SWKO i umowy - Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi - Formularz asortymentowo - cenowy CITO
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert.

10. Uprzejmie prosimy o podanie ilości każdej z pozycji badań, ponieważ bez tej informacji nie ma możliwości obliczenia wartości badań, który to parametr jest kryterium oceny ofert.

Odpowiedź: Średnia ilość za rok 2019 wyniosła 543 267 badania w przeliczeniu na miesiąc średnio 45 272 badania.

11. Czy Udzielający zamówienia przewiduje przekazanie pracowników na podstawie art. 231 KP? Jeżeli tak, to bardzo prosimy o podanie ich liczby, kwalifikacji i zbiorczych kosztów wynagrodzeń w ostatnim półroczu.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Konkursu Ofert.

Wniosek II

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert:

1. Część E punkt 4 podpunkt 3 – prosimy o potwierdzenie, że wynik ten musi być potwierdzony (w przypadku spółek kapitałowych) sprawozdaniem finansowym zgodnym ze sprawozdaniem finansowym złożonym w Krajowym Rejestrze Sądowym i dostępnym online (w celu zapewnienia wiarygodności przedłożonych dokumentów).

Odpowiedź: Tak

2. Część E punkt 4 podpunkt 7 - zwracamy uwagę, że minimalny poziom obowiązkowego ubezpieczenia OC jest wyższy niż wskazana w dokumencie kwota.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert.



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

3. Część E punkt 16 - Prosimy o wyjaśnienie pojęcia "włączenia w zakres przedmiotu umowy". Czy po zakończeniu umowy taki sprzęt lub oprogramowanie Przyjmujący Zamówienie będzie uprawniony z pomieszczeń zabrać?

Odpowiedź: Przyjmujący Zamówienie zapewnia aparaturę i sprzęt medyczny, gospodarczy, komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem niezbędnego do realizacji zamówienia. Po zakończeniu umowy sprzęt lub oprogramowanie Przyjmujący Zamówienie własny sprzęt będzie uprawniony z pomieszczeń zabrać.

4. Część E punkt 22 - Postanowienie niespójne z częścią E punkt 4 podpunkt 7.

Odpowiedź: Zgodnie z zmianą treści Konkursu Ofert.

5. Część E punkt 49 - Czy UZ chodzi o jeden punkt czy jakąś większą ich liczbę (jeżeli tak to czy udostępnia różne lokalizacje w celu ich zorganizowania)?

Odpowiedź: Tak jeden punkt na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

6. Część H punkt 3 - Prosimy o wskazanie czy punkty w ramach kryterium szczegółowych będą przyznawane w całości czy też możliwe jest uzyskanie części punktu (połowy, jednej dziesiątej) i czy w ramach danego kryterium szczegółowego więcej niż jedna oferta może uzyskać taką samą ocenę w szczególności ocenę maksymalną?

Odpowiedź: Udzielający Zamówienie przewiduje przyznanie pełnych punktów.

