



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY<sup>®</sup>

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-TZP-ZPP-26-3/19

Ostrołęka, dn. 08.02.2019r.

**Do wszystkich uczestników  
postępowania (Wykonawców)**



**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) na dostawę sprzętu do wykonywania badań i zabiegów wieńcowych.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.

**Pytanie 1 Część 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne typowe ( Lewe i Prawe) oraz do wentrykulografii w długościach 100-130 cm o dostępnych średnicach 5 i 6 F; średnica wew. 0,050" dla 5 F i 0,057" dla 6 F; podwójne zbrojenie na całej długości i konstrukcja strefowa- 5 stref sztywności na długości cewnika? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Odpowiedz Zamawiającego: Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 2 Część 30:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny y-konektory o świetle wewnętrznym 8 F ?

Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Odpowiedz Zamawiającego: Tak Zamawiający dopuszcza.

Z up. DYREKTORA  
*Kucharski*

**lek. Włodzimierz Kucharski**  
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.