



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-3/19

Ostrołęka, dn. 06.02.2019r.

**Do wszystkich uczestników
postępowania (Wykonawców)**



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) na **dostawę sprzętu do wykonywania badań i zabiegów wieńcowych.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści stent z pakietu nr 14 w zakresie średnic 2.25-4.0 mm oraz w długościach 9-10 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania skrzeplin z pakietu nr 9 kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Zup/DYREKTORA

lek. Włodzimierz Rucharski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.