



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-ZO-4/2019

Ostrołęka, dn. 13.06.2019r.



Do wszystkich uczestników
Zapytania ofertowego
(Wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 EURO na zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Wniosek I

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści system napędu neurochirurgicznego o poniższych parametrach:

- konsolę z wbudowaną pompą perystaltyczną o wydajności do 100 ml/min, ekranem piktograficznym i menu w języku angielskim

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

- kraniotom o prędkości od 1000 – 65000 obr/min o masie 130g i wysokim momentem obrotowym gwarantującym komfort pracy 6 Ncm

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

- perforator – reduktor prędkości o momencie obrotowym 210 Ncm z regulowanym zakresem prędkości od 80 do 1200 obr / min

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

- system dostarczany w zestawie do sterylizacji i przechowywania, tj. kontener z pokrywą wyposażony w bezfiltrowy system stałej bariery drobnoustrojowej dzięki czemu nie wymaga on zmiany filtrów, Kontener z pokrywą o wymiarach 587x279x101 mm, kosz o wym. 530x250x50mm

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

- osłonę kraniotomu nieobrotowego średniego o wym. 14x46 mm

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

- trepan wielorazowego użytku o wym. 7x11 mm, pozostałe parametry wg SIWZ.

Odpowiedź: : Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści Zapytania Ofertowego.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Ryszard Sidorzak
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych