



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



MSS-TZP-ZPP-36-23/15

Ostrołęka, dn. 17.09.2015 r.

## Do wszystkich Uczestników Postępowania /Wykonawców

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) **na realizację zamówienia pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń” tj. zakup aparatu do echokardiografii (część 1 zamówienia) oraz biochemicznego analizatora parametrów krytycznych dla noworodków (część 2 zamówienia)”.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

**1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy w CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA – APARAT DO ECHOKARDIOGRAFII** w niżej wymienionych punktach tego załącznika i nadaje się im następujące brzmienie:

### Punkt I.3.

5	Dokumentacja w jęz. polskim wymagana przy dostawie przedmiotu zamówienia:  1 ) instrukcje obsługi, dane techniczne  2) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez autoryzowany serwis na terenie Polski wraz z określeniem częstotliwości dokonywania przeglądów dla przedmiotu zamówienia (harmonogram przeglądów),  3) Karta Gwarancyjna	Tak		
---	--	-----	--	--



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Punkt I. 6.4.**

6.4	Czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy naprawie w miejscu instalacji aparatu lub zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną. Usunięcie uszkodzenia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski czas naprawy wynosi 4 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE czas naprawy wynosi 7 dni roboczych.	Tak, Podać		
-----	---	------------	--	--

**2. Zmianie ulega punkt 1 w Rozdziale IV DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE, ŻE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO i otrzymuje brzmienie:**

1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) **Dotyczy części 1 i 2 zamówienia:**

Dla wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia: dokumenty dopuszczenia do obrotu dla przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) – aktualne na dzień składania ofert.

Deklaracja zgodności lub certyfikaty CE oferowanych modeli i typów urządzeń - dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych.

Wpisy do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia oferowanych modeli i typów urządzeń, jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r.(Dz.U. 2010.107.679 ze zm.) - dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych.

2) **Dotyczy części 1 zamówienia:** Katalog oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.

**Dotyczy części 2 zamówienia:** Dane techniczne oraz instrukcje obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.

**3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert - w Rozdziale X SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT punkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:**

2. Termin składania ofert upływa dnia **23.09.2015 r. o godz. 12<sup>45</sup>**.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 207 (II piętro) dnia **23.09.2015 r. o godzinie 13<sup>00</sup>**.



Jednocześnie Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu:

## Zestaw I

### Dotyczy wzoru umowy

**1. § 2 ust. 6.** Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce możliwość wymiany części/modułów.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.**

**2. § 5 ust. 1 pp.2** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.**

### Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA)

**3. Tabela pkt I.5.** Z uwagi na znaczną objętość stron zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w taki sposób, aby dokumenty z ppkt. 1) tj. instrukcja obsługi oraz dane techniczne sprzętu wymagane były przy dostawie aparatu.

**Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem dot. zapisów SIWZ IV. 1.2)** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ jeśli w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (w postaci dokumentów handlowych jak katalog, folder, ulotka lub instrukcja obsługi) zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanego urządzenia?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**4. Tabela pkt. I. 6.4** – Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub przez rozmowę telefoniczną?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**5. Tabela pkt I. 6.4** – Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego punktu poprzez dodanie następującego zapisu:

„Czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski wynosi 4 dni robocze, czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE wynosi 7 dni roboczych”.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**6. Tabela pkt I. 6.6.** – Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na części wymienione w trakcie gwarancji upływa wraz z końcem gwarancji na urządzenie.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.**

## Zestaw II

### DOTYCZY CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

**1. Dot. SIWZ I. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy z 28 na 35 dni od daty podpisania umowy? Aparat będący przedmiotem zamówienia jest produkowany na bieżąco bez zapasów magazynowych. Dlatego istnieje ryzyko, że wymagany przez Zamawiającego termin realizacji może być za krótki do należytego wykonania dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.**



### Zestaw III

Dotyczy części 2 Zamówienia tj. **biochemicznego analizatora parametrów krytycznych dla noworodków:**

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z akumulatorem zewnętrznym w postaci UPS?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści trwałość kasety odczynnikowej 28 dni?

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE.**

3. Czy Zamawiający dopuści analizator z czasem kalibracji do 85 minut na dobę z możliwością przerywania procesu kalibracji czy automatycznej kontroli jakości w sytuacji konieczności wykonania próbki pilnej?

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE.**

**Pozostała treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.**

D Y R E K T O R

lek. Wojciech Miazga

