



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY[®]

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-39/19

Ostrołęka, dn. 10.01.2020 r.



ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) **na obsługę serwisową, pogwarancyjną aparatury anestetycznej.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zwany dalej Zamawiającym na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o unieważnieniu postępowania na obsługę serwisową, pogwarancyjną aparatury anestetycznej.

Uzasadnienie prawne:

zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie faktyczne:

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Bezpośrednią przesłanką unieważnienia przedmiotowego postępowania jest zaistnienie okoliczności stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego w postaci nieuzasadnionego utrudnienia uczciwej konkurencji w prowadzonej procedurze przetargowej – tj. wypełnienia dyspozycji normy art.93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać należy, że wada sprowadza się do błędnie określonej ilości przeglądów. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Umowy - Formularz Cenowy w poz. 8 „Respirator Transportowy Oxylog 3000” w kolumnie Ilość przeglądów w ciągu 36 m-cy wskazał ilość 3, wytyczne producenta wskazują na obowiązek 1 przeglądu ww. sprzętu. Zamawiający więc błędnie określił w Załączniku Nr 1 ilość przeglądów.

W związku z zaniechaniem dokonania przez Zamawiającego czynności zmiany ilości przeglądów w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Umowy - Formularzu Cenowym w poz. 8 przed terminem składania ofert, unieważnia się przedmiotowe postępowanie. Zaistniała omyłka ma wpływ na wynik postępowania, a tym samym jest podstawą do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Rafał Natkowski