



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY[®]

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-7/20

Ostrołęka, dn. 04.03.2020r.

Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843.) na **dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.

Wniosek I

Czy w części 42 lp.1- Zamawiający dopuści system o poniższych parametrach:

Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek napyłany tytanem – wbijanie Implanty lędźwiowej typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnej inwazyjnej lub otwartej, przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzanie implantu bez wstępnej dystrykcji, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów, - wyprofilowany anatomicznie kształt dystryktów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. długość implantu 22mm, 26mm, 30mm, wysokości implantów od 8 mm do 17 mm, szerokość implantu: 8mm, 10mm, 12mm, możliwość napełnienia wiórem kostnym, objętość znaczników rtg określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa implant lordotyczny 7°, - implanty pakowane sterylnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek II

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty szyjnej o następujących parametrach:

- płyty szyjne wykonane z tytanu
- płyty 1,2 i 3 poziome o grubości 1,9mm
- płyty 4 poziome o grubości 2,1mm
- płyty dostępne w rozmiarach od 17mm do 75mm
- zintegrowany z płytą system blokowania śrub zapobiegający ich wysunięciu
- możliwość czasowej fiksacji płyty pinami niekolidującymi z trajektorią wprowadzania śrub
- śrubokręt wykonany w technologii dual hex, pozwalający na wkręcanie śrub oraz ich blokadę bez zmiany narzędzia
- śruby samowierzące i samogwintujące, wykonane w technologii dual thread ze specjalnym gwintem do części korowej i gąbczastej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (13mm, 15mm, 17mm)
- w zestawie śruby otworowe do centralnej fiksacji wypełnienia międzytrzonowego dostępne w długościach 13mm i 15mm

KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Ryszard Sidorzak