



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-TZP-ZPP-26-12/20

Ostrołęka, dn. 23.04.2020r.

## Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) **na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów w obrębie nerki, moczowodu i górnych dróg moczowych.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

### Wniosek I

#### **Dotyczy wzoru umowy, § 7 kary umowne:**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wymiaru kary umownej w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto.

Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione tym, aby Zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Jednocześnie należy powołać się na stanowisko zajęte w judykaturze przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 marca 1988r. (IV CR 58/88) w myśl którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąca charakter surrogatu odszkodowania – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z art.58 par. 2 kodeksu cywilnego, którego przepisy stosuje się do postanowień umów w sprawach Zamówień Publicznych, umowa może być uznana za nieważną jeżeli jej zawarcie lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną ze stron silniejszej pozycji”.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ.**

#### **Część 3 poz. 5:**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wytworzenia nefrostomii metodą nakłucia (2 igły 18 i 22G, drut wiodący Schullera z miękką końcówką J, rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika nefrostomijnego z koszulką dostępu, cewnik pig-tail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan rozmiar 10F, łącznik Luer- lock z mechanizmem obrotowym).

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do wytworzenia nefrostomii metodą nakłucia (2 igły 18 i 22G, drut wiodący sztywny z miękką końcówką J, rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika nefrostomijnego z koszulką dostępu, cewnik pig-tail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan rozmiar 12F, łącznik Luer- lock z mechanizmem obrotowym).

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ.**

~~DYREKTOR~~

mgr inż. Paweł Rafał Natkowski

**Jednocześnie prosimy o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.**