

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-21/20

Ostrołęka, dn. 23.07.2020r.



Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) **na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy oraz art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Wniosek I

Pytanie nr 1 – dotyczy:

załącznik-nr-3-do-siwz- Kolumna anestezjologiczna i zasilająca – 1 kpl – odpowiedź na pytanie nr 16 ze strony 17 z dnia 16 lipca 2020

W związku z wprowadzeniem wymogu zmiany położenia gniazd elektrycznych i gazowych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kolumnę, w której pozycje gniazd gazowych i elektrycznych są stałe i będą ustalone w porozumieniu z Zamawiającym przed uruchomieniem produkcji kolumn.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek II

Pytanie nr 1 dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.07.2020 Wniosek XIII odpowiedź 16

Dotyczy punktów 195,196,197 str. 17 arkusza odpowiedzi.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kolumn bez możliwości zmiany położenia gniazd elektrycznych i gazowych na każdą kolumnę za pomocą systemu szybkozatraskowego lub zmianę odpowiedzi na w/w pytanie z „Wymaga” na „dopuszcza” co umożliwi naszej firmie złożyć ważną ofertę.

Pragniemy zauważyć iż Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie 16 z Wniosku XIII :

„Czy Zamawiający wymaga, aby kolumna miała możliwość zmiany położenia gniazd elektrycznych i gazowych na każdą kolumnę za pomocą systemu szybkozatraskowego? „

„Odpowiedź: Tak.. „

Wymaga rozwiązania które posiada jedynie firma Trumpf Medical dystrybuowana w Polsce przez firmę TMS Medical Sp z o.o. Sp.K. z Poznania.

Pragniemy również podkreślić, iż Zamawiający nie postawił takiego wymogu w kolumnie chirurgicznej, co więcej w odpowiedzi na pytanie 23 Wniosku XIII Zamawiający na takie samo pytanie odpowiedział "Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ" co oznacza iż Oferent może zaoferować kolumny o danej funkcjonalności lecz nie musi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.07.2020 Wniosek XXIV odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczącego Załącznika nr 3 do SIWZ – Kolumna anestezjologiczna i Zasilająca – 1 kpl – pkt 186

Pytanie brzmiało:



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna anestezjologiczna posiadała 3 blokowane przeguby (2 w ramionach oraz 1 w głowicy zasilającej)?

Jest to często stosowane rozwiązanie w przypadku zawieszenia ciężkiego aparatu do znieczuleń na głowicy. „

Odpowiedź: „Tak.”

Tak postawiona przez Zamawiającego odpowiedź zmienia zapis SIWZ i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty w w/w postępowaniu, co było możliwe przed opublikowaniem odpowiedzi w dniu 16.07.2020.

Pragniemy jednocześnie zauważyć iż Zamawiający udzielając odpowiedzi na w/w pytanie dopuszcza jedynie rozwiązanie firmy Dräger, która jest w stanie jako jedyna spełnić wymóg Zamawiającego w tego typu kolumnie.

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o zmianę odpowiedzi na „dopuszcza lecz nie wymaga”.

Taka zmiana umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.07.2020 Wniosek XXIV odpowiedź na pytanie nr 12 dotyczy Kolumna anestezjologiczna i zasilająca – 1- kpl – punkt 190


Pytanie brzmiało:

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby głowica kolumny anestezjologicznej była wyposażona na całej długości (od strony uchwytu na aparat) w zintegrowane schowki (równoległe względem siebie, oddzielne, pionowe) na nadmiar rur gazów medycznych umożliwiające ukrywanie kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz głowicy zasilającej na jej całej długości? „

Odpowiedź: „Tak.”

Tak postawiona przez Zamawiającego odpowiedź zmienia zapis SIWZ i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty w w/w postępowaniu, co było możliwe przed opublikowaniem odpowiedzi w dniu 16.07.2020.

Pragniemy jednocześnie zauważyć iż Zamawiający udzielając odpowiedzi na w/w pytanie dopuszcza jedynie rozwiązanie firmy Dräger.



System ukrywania przewodów Dräger
Movita®

Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o zmianę odpowiedzi na „dopuszcza lecz nie wymaga” lub dopuszczenie kolumny anestezjologicznej wyposażonej w schowki na nadmiar przewodów elektrycznych i gazowych, umieszczonymi w jednym rzędzie, pionowo, jeden nad drugim z dostępem od strony uchwytu na aparat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.