

MSS-TZP-ZPP-26-ZO-15/2020

Ostrołęka, dn.28.09.2020r.

**Do wszystkich uczestników  
Zapytania ofertowego  
(Wykonawców)**

**Dotyczy: Zapytania Ofertowego na zakup, dostawę i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

**Zmianie ulega:**

**1. Punkt 10 Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**

„ Dokładność pomiaru  $\pm$ 3% dla 70-100%”

**2. Punkt 12 ppkt. 2) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**

„ Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 01.10.2020r. do godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego,/sekretariat/ lub przesłać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).”

**3. Punkt 12 ppkt. 3) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**

„ Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:

**Nazwa i adres oferenta.**

**„Oferta na zakup, dostawę i montaż zestawu monitorowania EKG i saturacji w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”**

**Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-ZO-15/2020**

**Nie otwierać do dnia 01.10.2020r. do godziny 13:15**

**Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.**

**Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.**

### **Wniosek I**

W załączniku Nr. 1 tj. "zestawienie warunków / parametrów wymaganych i granicznych" w punkcie 10. znajduje się parametr "Dokładność pomiaru +/-3% dla 60-100%"

Domyślam się, że chodzi o dokładność pomiaru saturacji. Pytanie jest, czy parametr nie jest błędnie wpisany do załącznika, ponieważ producenci nie podają dokładności dla zakresu poniżej 70%. W związku z tym czy parametr nie powinien brzmieć:

"Dokładność pomiaru saturacji +/-3% dla 70-100%"

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego.**

Z up. DYREKTORA

dr n. med. Wojciech E. Krzyżanowski  
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej