

MSS-TZP-ZPP-26-ZO-13/2020

Ostrołęka, dn.28.09.2020r.

**Do wszystkich uczestników
Zapytania ofertowego
(Wykonawców)**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na zakup, dostawę i montaż aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1. Punkt 9 Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:

„ Akcesoria jednorazowe po 20 szt.:

- Kaniula nosowa dla dorosłych
- Kaniula nosowa dla dzieci
- Kaniula nosowa dla niemowląt
- Adapter do tracheostomii
- Układ oddechowy podgrzewany z komorą samo-napełniającą się”

2. Punkt 12 ppkt. 2) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:

„ Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 01.10.2020r. do godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego,/sekretariat/ lub przesłać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).”

3. Punkt 12 ppkt. 3) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:

„ Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta.

„Oferta na zakup, dostawę i montaż aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-ZO-13/2020

Nie otwierać do dnia 01.10.2020r. do godziny 11:15

**Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.
Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.**

Wniosek I

Pyt 1 do pozycji nr 5


Czy Zamawiający miał na myśli i dopuści zakresy temperatur 34 stopnie C tryb dla dzieci i 31-34-37stopnie C tryb dla dorosłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt 2 do pozycji nr 9

„Zważając na fakt iż kaniule donosowe oraz adapter do tracheostomii pakowane pojedynczo są wysyłane w opakowaniach zbiorczych po 20 szt., uprzejmie pytamy czy Zamawiający uwzględni ten fakt przy zamówieniu co jednocześnie zwiększy ilość zamówienia do 20 szt. przy każdej pozycji asortymentu?”

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego.

Z up. DYREKTORA


dr n. med. Wojciech E. Krzyżanowski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej