

MSS-TZP-ZPP-26-ZO-14/2020

Ostrołęka, dn.30.09.2020r.

**Do wszystkich uczestników
Zapytania ofertowego
(Wykonawców)**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na zakup, dostawę i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

- 1. W Załączniku Nr 5 do Zapytania Ofertowego §4 punkt 2 otrzymuje brzmienie:**
„ Kupujący dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru asortymentu, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.”
- 2. Punkt 151 Załącznika Nr 1 do Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**
„ Pomiar głębokości znieczuleń BIS lub entropia.”
- 3. Punkt 12 ppkt. 2) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**
„ Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego, /sekretariat/ lub przesać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).”
- 4. W Załączniku Nr 5 do Zapytania Ofertowego §7 punkt 3) otrzymuje brzmienie:**
„ Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie do 30 października 2020r.”
- 5. W Załączniku Nr 5 do Zapytania Ofertowego §7 usuwa się punkt 2.**
- 6. Punkt 12 ppkt. 3) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:**
„ Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta.

„Oferta na zakup, dostawę i montaż aparatów do znieczulania w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-ZO-14/2020

Nie otwierać do dnia 02.10.2020r. do godziny 12:15

Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Wniosek I

Dotyczy Załącznika nr. 1, pkt. 58

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z pojemnikami ssaka o pojemności 0,7 Litra co niewiele różni się od opisanej wielkości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr. 1, pkt. 61

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z całkowicie automatycznym testem bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury i czasie trwania zależnym od ciśnienia w sieci centralnego zasilania w gazy, nie dłuższym niż 10 min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr. 1, pkt. 147

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania wyposażony w kardiomonitor z mankietami do pomiaru ciśnienia u pacjentów w szerokim przekroju, również otyłych o obwodzie ramienia w zakresie 17-53 cm bez mankietów na przedramię?

Oferowany zakres jest powszechnie stosowany i pozwala na pomiary również u pacjentów bariatrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr. 1, pkt. 151

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez pomiaru głębokości znieczuleń? Oferowany aparat posiada wymagany przepisami monitor zwiótczenia NMT.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego.

Dotyczy Załącznika nr. 1, pkt. 3

Czy zamawiający będzie wymagał aby w trybie awaryjnym zasilanie systemu z wbudowanego akumulatora pozwalało na pracę respiratora i bezpieczne podtrzymanie wentylacji pacjenta również przy braku dostępnych gazów z butli lub systemu centralnego zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Z up. DYREKTORA

dr n. med. Wojciech E. Krzyżanowski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej