



MSS-TZP-ZPP-26-31/20

Ostrołęka, dn. 15.10.2020r.

**Do wszystkich uczestników  
Postępowania (Wykonawców)**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) **na „Dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz pasków do mierzenia cukru glukometrem”.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 1 oraz 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.

**Zmianie ulega:**

**1) Termin składania i otwarcia ofert. W Rozdz. X SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 2, 3 otrzymuje brzmienie:**

„2. Termin składania ofert upływa dnia **02.11.2020 r. o godz. 9<sup>00</sup>.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A, pok. nr 203 (II piętro) dnia **02.11.2020r. o godzinie 10<sup>30</sup>** poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego”

**2) W Załączniku nr 1 do SIWZ i umowy część 20 otrzymuje brzmienie:**

Część 20

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek Vat		Wartość brutto	Producent/nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
						% Vat	Kwota		
1	Filtr oddechowy, antybakteryjny, sterylny, o powierzchni filtracji około 25 cm kwadratowych i skuteczności bakteryjnej większej niż 99,9999%.	szt.	900						
2	Łącznik karbowany sterylny do układów oddechowych aparatów do znieczulenia.	szt.	100						
3	Markery medyczne sterylne hipoalergiczne.	szt.	320						
4	Ostrza 1x uż., sterylne, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu. Rozmiar 10; 11; 15; 20; 22; 24	szt.	23 600						
5	Pojemnik bakteriologiczny na płwocinę ok. 20 ml. sterylny. Rozmiar ok. 20 ml	szt.	4 000						
6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości do 2 m (LUER-LOCK), na opakowaniu opisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Rozmiar 1,5 - 2,0 m	szt.	18 700						
7	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości do 3 m (LUER-LOCK), na opakowaniu opisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane).Rozmiar 2,0 - 3,0 m	szt.	1 500						



8	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, ciemny. Rozmiar ok. 150 cm Bursztynowy/Czarny/Pomarańczowy	szt.	5 000						
9	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych (składników krwi), jałowy, jednorazowego użycia.	szt.	1 860						
10	Sterylnie paski do zamykania ran, rozmiar 12 mm x 100 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 6szt. Rozmiar 12 mm x 100 mm	op.	4						
11	Sterylnie paski do zamykania ran, rozmiar 6 mm x 38 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 6szt. Rozmiar 6 mm x 38 mm	op.	5						
12	Sterylnie paski do zamykania ran, rozmiar 6 mm x 75 mm, hipoalergiczne, samoprzylepne 1 opakowanie = 50 kopert a' 3szt. Rozmiar 6 mm x 38 mm	op.	5						
13	Szczoteczki do wymazów ginekologicznych (cytologii) typu "miotłka", sterylna, pakowane pojedynczo, długość ok. 22 cm.	szt.	2 000						
14	Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowe typu CUSCO. Rozmiar M, S	szt.	8 800						
16	Zgłębnik dojelitowy typu BENGMARK PEG/J z łącznikiem typu ENFit w Rozmiarze Ch 9/105cm, do założenia przez istniejący PEG CH18	szt.	4						
17	Zgłębnik żołądkowy bez zatyczki zbudowany z jednokanałowej rurki wykonanej z wysokogatunkowego medycznego, przezroczystego PVC, umożliwiającego obserwację aspirowanej treści, powierzchnia satynowa (zamrożona), barwny kod nasadek, duże otwory boczne, znakowany, atraumatyczne zakotwiczenie, z linią RTG, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo: folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w j. polskim (nadruk a nie naklejka), 12 F - 28F / długość około 80 i 100-120 cm.bez prowadnicy	szt.	1 730						
									-

**Wniosek I**

**Pytanie 1 do pakietu 20, Poz 16**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycja 16 miał na myśli zgłębnik dojelitowy typu BENGMARK PEG/J z łącznikiem typu ENFit w Rozmiarze Ch 9/105cm, do założenia przez istniejący PEG CH18?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.**