



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®


im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



MSS-TZP-ZPP-26-41/20

Ostrołęka, dn. 05.01.2021 r.

**Do wszystkich uczestników
Postępowania (Wykonawców)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843ze zm.) **na obsługę serwisową, pogwarancyjną Angiografu.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1. Punkt 20.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę obejmująca całość zamówienia należy złożyć z zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120a, Sekretariat Dyrekcji, II Piętro, pok. Nr 218 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	11.01.2021 r.	do godz.	10:00
----------------	----------------------	-----------------	--------------

2. Punkt 20.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową, pogwarancyjną Angiografu. MSS-TZP-ZPP-26-41/20
Nie otwierać przed dniem 11.01.2021r. godz. 10:15

3. Punkt 21.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„**Miejsce i termin otwarcia ofert.**


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, sala konferencyjna, pięto II, pok. Nr 203.

w dniu	11.01.2021 r.	o godz.	10.15
---------------	----------------------	----------------	--------------

4. Treść załącznika Nr 7 Projekt Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do pisma z dnia 05.01.2021r.

Załącznik Nr 7 do SIWZ po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.



Wniosek I

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ, zał. nr 1 formularz cenowy, zał. nr 7 Projekt umowy, zał. Nr 2 wykaz aparatury:

Zgodnie z pkt 69 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13, tj. wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są objęte preferencyjną stawką podatku VAT.

Celem uściślenia rodzaju świadczonych usług oraz prawidłowego określenia stawki podatku VAT zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy z użytego terminu „przeгляд” na termin, którym należy się posługiwać „okresowe konserwacje techniczne”, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Upzejmie prosimy zatem o zmianę nomenklatury odnośnie użytego terminu „przeглядy” na „okresowe konserwacje techniczne” we wszystkich miejscach umowy, w których występuje termin „przeгляд”, co jest bardziej korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ, zał. nr 1 Formularz - cenowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi posiadać licencję uprawniającą do korzystania z programów komputerowych serwisowych, niezbędną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2019 poz.1231 ze zm.) do wykonania czynności serwisowych w angiografach Infinix, będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ, rozdz. 4, zał. nr 7 Projekt umowy § 2 ust. 3:

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, będzie wymagał dostarczenia części zamiennych pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucji producenta angiografu na rynek Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ, zał. nr 7 Projekt umowy § 2 ust. 4:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na:

4. „Inżynier Serwisu zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy uszkodzenia w ciągu 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i usunięcia go w czasie 72 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu reakcji serwisu, o ile nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od producenta. Uruchomienie procedury sprowadzenia części zamiennych od producenta powoduje przedłużenie czasu wykonania naprawy o nie więcej niż 5 dni roboczych”

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ, zał. nr 7 Projekt umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli „dni robocze” od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla angiografu Infinix CF-i INFX-8000V/G1 Zamawiający będzie wymagał również, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na wykonywanie usług serwisowych.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ.

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Rafał Natkowski