



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY^A


im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



MSS-TZP-ZPP-26-ZO-6/2021

Ostrołęka, dn. 25.03.2021 r.

Do wszystkich uczestników Zapytania Ofertowego (Wykonawców)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Zamawiający zmienia treść oraz udziela wyjaśnień treści Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1. Treść załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz asortymentowo cenowy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do pisma z dnia 25.03.2021r.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

WNIOSEK I

Pytanie I

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co przeloży się na możliwość wystartowania w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.

Pytanie II

Czy Zamawiający wymaga rozwiązania, w którym para po skończonym procesie będzie włączana nadmuchem powietrza do kanalizacji, tak aby nie wydobywała się w minimalni śladowych ilościach z urządzenia również po otwarciu drzwi komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie III

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie składało się z co najmniej 13 dysz, w tym 1 dyszy obrotowej, ułatwiającej mycie wewnątrz basenu? Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę personelu i zapewnia wysoką efektywność mycia i dezynfekcji, w tym również miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z up. DYREKTORA

dr n. med. Wojciech E. Krzyżanowski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY^A


im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



Pytanie IV

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie gwarantowało proces dekontaminacji skuteczny wobec najbardziej opornych drobnoustrojów, w tym sporów Clostridium Difficile, co zostało potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie V

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało co najmniej dwa niezależne czujniki temperatury w celu zapewnienia parametrów pozwalających na osiągnięcie wymaganego stopnia dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie VI

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią normy PN-EN ISO 15883-1 (pkt. 5.12.6), dotyczącej wymagań ogólnych myjni-dezynfektorów, co najmniej jeden czujnik temperatury był umieszczony w pozycji określonej jako reprezentatywnej dla najniższej temperatury osiągananej we wsadzie, tj. na spodzie komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WNIOSEK II

Pytanie VII

Pkt. 9 Sposób przygotowania oferty – Czy karty katalogowe, certyfikaty są wymagane do każdej pozycji w części 1 i 2 również do mebli na wymiar?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w części 1 i 2 Zapytania Ofertowego kart katalogowych i certyfikatów do mebli na wymiar.