



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY^A

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



MSS-TZP-ZPP-26-COVID-19-4/2021

Ostrołęka, dn. 06.05.2021r.

**Do wszystkich uczestników
Zapytania Ofertowego
(Wykonawców)**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1842) **na zakup i dostawę dozowników z nawilżaczem tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Zapytania Ofertowego, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1. Punkt 11 „Miejsce i termin składania ofert” Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
 - „ 1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania Formularzu oferty.
 2. Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie **do dnia 11.05.2021r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego,/sekretariat/ lub przesłać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
 3. Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:
Nazwa i adres oferenta.

„Zakup i dostawa dozowników z nawilżaczem do tlenu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce”.

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-COVID19-4/2021

Nie otwierać do dnia 11.05.2021r. do godziny 10:15

Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.

Oferty, złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci oferty które wpłyną po terminie do Wykonawcy bez otwierania”.

2. Punkt 3 Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
„1. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021r.”
3. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego- Formularz Ofertowy otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do pisma z dnia 06.05.2021r.
4. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do pisma z dnia 06.05.2021r.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY^A


im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



Wniosek I

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 3 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego.

Wniosek II

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłożenia oferty w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.

Wniosek III

Czy Zamawiający wrazi zgodę - ze względu na formę postępowania "Zapytanie ofertowe" na złożenie oferty drogą mailową z podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.

Wniosek IV

Czy Zamawiający dopuści dozownik, którego pokrętko wykonane jest z plastiku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek V

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz, którego butla wykonana jest z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek VI

Czy Zamawiający dopuści dozownik, którego ciśnienie zasilania wynosi 4,5 bar +/- 0,5bar?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek VII

Czy Zamawiający zrezygnuje w § 2 umowy z zapisu "Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy, niż 2/3 okresu ważności od daty jego produkcji." ponieważ dozowniki nie posiadają terminu ważności?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego.

Wniosek VIII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu firmą kurierską na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Rafał Natkowski