



**Do wszystkich uczestników
Postępowania (Wykonawców)**

Dotyczy:

Zapytania Ofertowego na **zakup i dostawę urządzeń medycznych - kardiomonitora i przenośnego aparatu ultrasonograficznego**, dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - w ramach projektu „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług społecznych. Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający zmienia treść Zapytania Ofertowego, Załącznika nr 1 tj. Formularz Ofertowy, Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy oraz Załącznika nr 2 do Umowy tj. Warunki serwisu gwarancyjnego oraz udziela odpowiedzi na pytania, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1. W Zapytaniu Ofertowym **w rozdz. X pkt. 2** i otrzymuje następujące brzmienie:
Pkt. 2: Wymagany okres gwarancji:
a) Dla części 1 – 48 miesięcy
b) Dla części 2 – 24 miesiące
2. W Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy **w pkt. 1 w zakresie okresu gwarancji** i otrzymuje następujące brzmienie:
(...) Akceptuję/Emy bez zastrzeżeń **48 miesięczny** okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu – **część 1**
Akceptuję/Emy bez zastrzeżeń **24 miesięczny** okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu – **część 2**
3. W Załączniku nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy – Przenośny Aparat Ultrasonograficzny **skreśla się pkt. 42:**
Pkt. 42: W czasie trwania gwarancji wszystkie wymagane przeglądy oraz naprawy wykonywane bezpłatnie w siedzibie zamawiającego na koszt dostawcy.
4. W Załączniku nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy – Przenośny Aparat Ultrasonograficzny **pkt. 47** i otrzymuje następujące brzmienie:
Pkt. 47: Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej – dostarczone wraz z urządzeniami.
5. W Załączniku nr 2 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego **pkt. 10** i otrzymuje następujące brzmienie:
Pkt. 10: Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 obejmuje: koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia towaru, koszty szkolenia pracowników, koszty montażu, instalacji, montażu i uruchomienia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy.
a) Na dostarczoną aparaturę medyczną zostaną założone paszporty techniczne.
6. W Załączniku nr 2 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego **skreśla się pkt. 1 oraz 12:**
Pkt. 1: Wykonawca przeprowadzał będzie przeglądy okresowe przedmiotu zamówienia. Po każdym przeglądzie wydane zostanie świadectwo sprawności i zostanie dokonany odpowiedni wpis w paszporcie technicznym odpowiedniego urządzenia.
Pkt. 12: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy (chyba, że Producent zaleca częstsze przeglądy), w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).



Wniosek I

Pytanie 1 dotyczy Rozdziału VII Zapytania Ofertowego - Planowany termin realizacji umowy:

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację przedmiotu umowy w zakresie Część 2 PRZENOŚNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY w terminie do 18.02.2022?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Pytanie 2 dotyczy Rozdziału X Zapytania ofertowego – Wymagania szczegółowe wobec Wykonawcy, pkt. 2 oraz Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy - Przenośny Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 41:

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym w rozdziale X - Wymagania szczegółowe wobec Wykonawcy w pkt. 2 podaje, iż wymagany okres gwarancji to 48 miesięcy, natomiast w Załączniku nr 2.2 pkt. 41 Zamawiający wymaga: „*Pełna gwarancja na urządzenia liczona od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia*) minimum 24 m-ce”

W związku z rozbieżnością zapisów w zakresie wymagań dotyczących okresu gwarancji, prosimy o doprecyzowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji dla Część 2 – Przenośny Aparat Ultrasonograficzny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści Zapytania Ofertowego oraz Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego tj. Formularz Ofertowy.

Pytanie 3 dotyczy Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy - Przenośny Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 42:

Prosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi na brak zalecenia Producenta w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oferowanego przenośnego aparatu ultrasonograficznego

Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta nie ma wymogu wykonywania okresowych przeglądów urządzenia. Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika i są opisane w instrukcji obsługi urządzenia. Wykonawca oferuje usługę Zdalnego Serwisu autoryzowanego przedstawiciela.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy.

Pytanie 4 dotyczy Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy - Przenośny Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 47:

Zamawiający w powyższym punkcie wymaga: „*Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z kodami dostępu do oprogramowania- dostarczone wraz z urządzeniami*”

Informujemy, iż oferowany system ultrasonograficzny nie jest zabezpieczony i nie posiada kodów dostępu do oprogramowania. Oprogramowanie to aplikacja dostępna do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilnym z systemem operacyjnym Android do zainstalowania na podręcznym urządzeniu obrazującym/czytniku (typu tablet) bez żadnych kodów dostępu.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymogu na: „*Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej - dostarczone wraz z urządzeniami*”

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy.

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 2.2 do Zapytania Ofertowego i Umowy - Przenośny Aparat Ultrasonograficzny, pkt. 5 oraz 49:

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dotyczy wyłącznie oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186, ze zm.)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie miejsca dostawy przedmiotu zamówienia Przenośny Aparat Ultrasonograficzny

Odpowiedź Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Pytanie 7 dot. Załącznik nr 2 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego

W związku z brakiem zalecenia producenta w zakresie wykonywania przeglądów technicznych prosimy o wykreślenie pkt: 1 oraz 12.

Oraz

modyfikację pkt. 10 zgodnie z poniższym:

Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 obejmuje: koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, ~~koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów~~, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia towaru, koszty szkolenia pracowników, koszty montażu, instalacji, montażu i uruchomienia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy. ~~Ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji.~~

~~a) Firma dostarczy harmonogram wykonywanych przeglądów w zakresie gwarancji;~~

b) Na dostarczoną aparaturę medyczną zostaną założone paszporty techniczne

Uzasadnienie: Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika są opisane w instrukcji obsługi urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści Załącznika nr 2 do Umowy.



Pytanie 8 dot. Załącznika nr 7 do Zapytania Ofertowego

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 6, ust. 5 i zastąpienie go nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie.

Wniosek II

Pytanie 1 dotyczy pkt 88.

Czy Zamawiający oczekuje w wyposażeniu kardiomonitora, uchwytu ściennego wraz z koszem na akcesoria czy stojaka jezdnego ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje stojaka jezdnego ze stali nierdzewnej.

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.