

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW
WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KONCENTRATOR TLENU

Producent / Firma	PHILIPS RESPIRONICS
Nazwa i adres Wykonawcy	„PATRONUS” Krzysztof Januła
Typ koncentratora	EVER FLO Standard Version
Koncentratory tlenu . Rok produkcji min. 2019.	ROK. PRODUKCJI :2019

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany (tak/nie, opis)
1.	Przystosowanie do pracy ciągłej.	Tak	TAK
2.	Stężenie tlenu w pełnym zakresie przepływu minimum 93 % (+/- 3%)	Tak, podać	
3.	Poziom głośności do 43 db.	Tak, podać	
4.	Ciężar koncentratora do 15 kg	Tak, podać	
5.	Pobór mocy do 350 W	Tak, podać	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	Tak, podać	
7.	Instrukcja obsługi w języku polskim: po 1 egz. do każdego koncentratora (wymagane przy dostawie)	Tak	
8.	Urządzenie jest oznaczone znakiem CE.	Tak	
9.	Możliwość alarmu akustycznego i wizualnego w przypadkach: a) spadku ciśnienia podawanego tlenu b) spadku natężenia podawanego tlenu c) braku zasilania elektrycznego	Tak, podać	
10.	Do oferty dołączony jest prospekt, katalog obrazujący oferowane koncentratory.	Tak	
11.	Udokumentowany serwis koncentratora co 12 miesięcy(wymiana filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego, dokonanie pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min, załącznik nr 3	Tak, podać	
12.	Dostarczenie koncentratora zastępczego (o parametrach nie gorszych niż oferowany) na czas naprawy.	Tak	
13.	Pierwsza dostawa 63 koncentratorów tlenu wraz z kaniulą i maską do siedziby zamawiającego MSS przy ul Al. Jana Pawła II 120 A Ostrołęka. Drugi etap dostawa koncentratorów do pacjentów po przesłaniu listy pacjentów na Adres Wydierżawiającego . Załącznik nr 4.	Tak	

.....
WYDIERŻAWIAJĄCY

.....
DZIERŻAWCA