



MSS-DN-ZPP-26-ZO-8/23

Ostrołęka, dn. 04.05.2023 r.

**Do wszystkich uczestników
Postępowania (Wykonawców)**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego **zakup, dostawa, montaż pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” - parawan harmonijkowy, parawan medyczny.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień treści ZO oraz zmienia treść ZO w niniejszym postępowaniu, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów ZO zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1) W Rozdz. „15 Miejsce i termin składania ofert”: pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Ofertę, należy złożyć do dnia 09.05.2023 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej.**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 09:30 w pokoju 227.**

Wniosek I

Pytanie nr 1, dot. załącznik nr 4 projekt umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy, dotyczących szkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta przedmiot zamówienia nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2

dot. załącznik- zestawienie parametrów, poz. 1 Parawan harmonijkowy - 10 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza parawan harmonijkowy wiszący na prowadnicy wykonanej z anodowanego aluminium w kolorze szarym, odpornego na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

poz. 2 Parawan medyczny - 15 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza parawan medyczny, którego płyta (wypełnienie) wykonana z tworzywa PC poliwęglan jest tylko w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.