



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY<sup>A</sup>  
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A  
tel. 29 765 21 22 fax 29 760 45 69  
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616  
www.szpital.ostroleka.plsekretariat@szpital.ostroleka.pl



**MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/23**

Ostrołęka, dn. 10.05.2023 r.

**Do wszystkich uczestników  
Postępowania (Wykonawców)**

**Dotyczy:** Zapytania Ofertowego na **zakup, dostawę, montaż pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” – wanny dezynfekcyjne.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający udziela wyjaśnień treści ZO w niniejszym postępowaniu, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów ZO zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

#### **Wniosek I**

##### **Pytanie nr 1**

Pozycja - Wanna dezynfekcyjna o pojemności 2L (+1 litr)

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanny o pojemności 3L, o wymiarach: wewn.: 250x150x120mm, zewn.: 300x185x125mm. Bez kurka odpływowego. W pozostałym zakresie zgodne z Zaproszeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 2**

**Pozycja - Wanna dezynfekcyjna o pojemności 8L (+2 litr)**

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanny o pojemności 10L, o wymiarach: wewn.: 340x260x170mm, zewn.: 400x300x180mm. Bez kurka odpływowego. W pozostałym zakresie zgodne z Zaproszeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Sporządziła:  
Julia Świerszcz  
Inspektor ds.  
zamówień publicznych