



Nr sprawy: MSS-DN-ZPP-26-61/23

Ostrołęka, dnia 31.10.2023 r.

**Do wszystkich uczestników/
Oferentów Przetargu**

Dotyczy: OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DEMONTAŻEM TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO TSX-303A/AC AQUILION PRIME

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, zgodnie z Rozdziałem X pkt. 5. Ogłoszenia z dnia 25.10.2023 r. na sprzedaż wraz z demontażem tomografu komputerowego firmy Toshiba TSX-303A/AC Aquilion Prime zmienia treść Ogłoszenia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów Ogłoszenia zarówno dla Oferentów biorących udział w ww. Przetargu, jak i Sprzedającego:

Zmianie ulega w rozdz. V Ogłoszenia Cena wywoławcza ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się minimalną wartość oferty z tytułu nabycia wraz z demontażem tomografu komputerowego firmy Toshiba TSX-303A/AC Aquilion Prime na kwotę 63 720,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Ponadto Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce udziela odpowiedzi na pytania złożone w niniejszym Przetargu, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Ogłoszenia zarówno dla Oferentów biorących udział w ww. Przetargu, jak i Sprzedającego:

Wniosek nr 1

1. Proszę o informację nt. lampy RTG zainstalowanej w tomografie, jej roku produkcji, daty instalacji oraz zużycia podanego w skanosekundach.

Odpowiedź Sprzedającego: Lampa wymieniona 07.10.2021 r. Czas pracy z dnia 20.04.2023 r.: ilość skanów – 2 700 640/ 684 023 (TT), czas pracy chłodnicy – 5 724 h.

2. Proszę o informację nt. wyceny naprawy przedstawionej naprawy przez autoryzowany serwis.

Odpowiedź Sprzedającego: Autoryzowany serwis oszacował wartość naprawy na ok. 70 000,00 zł. brutto

Wniosek nr 2

1. Zwracam się do państwa z uprzejmym zapytaniem czy posiadacie historię serwisową wymiany lamp w aparacie, jeśli tak czy możliwe jest jej przesłanie? Czy aktualnie zainstalowana lampa jest sprawna?

Odpowiedź Sprzedającego: Lampa wymieniona 07.10.2021 r. – sprawna. Aparat posiada historię serwisową.

2. Prosimy o przesłanie aktualnych zdjęć aparatu.

Odpowiedź Sprzedającego: Zgodnie z rozdz. VI Ogłoszenia Sprzedający umożliwił dokonanie wizji lokalnej.

3. W ogłoszeniu zamawiający wskazał, iż przeglądy wykonywała firma posiadająca autoryzację producenta prosimy o podanie danych firmy wykonującej naprawy oraz przeglądy.

Odpowiedź Sprzedającego: TMS Sp. z o.o., Warszawa – Canon.

4. Prosimy o podanie danych technicznych aparatu np. czy tomograf TSX-303A/AC AQUILION PRIME jest aparatem 80 czy 160 warstwowy?

Odpowiedź Sprzedającego: 80 rzędów 160 warstw.

5. Czy w skład zestawu wchodzi dodatkowe wyposażenie takie jak stacja lekarska lub wstrzykiwacz kontrastu?

Odpowiedź Sprzedającego: Bez stacji lekarskiej, bez wstrzykiwacza kontrastu.

6. Czy wyżej wymieniony aparat posiada opcję Kardiologiczną?

Odpowiedź Sprzedającego: Tak.

Wniosek nr 3

V. Cena wywoławcza:

1. Ustala się minimalną wartość oferty z tytułu nabycia wraz z demontażem Rezonansu magnetycznego MR VANTAGE XGV na kwotę **63 720,00 zł. brutto** (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100). proszę o potwierdzenie, że cena wywoławcza dotyczy tomografu komputerowego TSX – 303A/AC Aquilion Prime.

Odpowiedź Sprzedającego: Tak, cena wywoławcza dotyczy tomografu komputerowego TSX – 303A/AC Aquilion Prime.

Pozostała treść Ogłoszenia pozostaje bez zmian.