



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY^A
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A
tel. 29 765 21 22 fax 29 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.plsekretariat@szpital.ostroleka.pl



MSS-DN-ZPP-26-ZO-43/2023

Ostrołęka, dnia 27.10.2023r.

Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

Dotyczy: Zapytania Ofertowego **na zakup, dostawę, montaż wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w ramach realizacji zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób od uzależnień alkoholowych”.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które stają się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów Zapytania Ofertowego zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

I. Odpowiedzi na pytania:

Wniosek I

Pakiet 7

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza alkotest o wymiarach 61 mm x 172 mm x 36 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający może doprecyzować sformułowanie „Funkcja automatycznego sprawdzenia czystości sensora”?

Odpowiedź: Kontrola czystości sensora po poprzednim pomiarze.

Pytanie nr 3

Wzór umowy: § 10 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych za każdy dzień zwłoki do 0,2% ?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Pytanie nr 4

Wzór umowy: § 10 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z ZO.

Sporządziła:
Natalia Mamińska
Referent ds. zamówień publicznych