



MSS-DN-ZPP-26-ZO-2/24

Ostrołęka, dn. 30.04.2024r.

Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

Dotyczy: Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) na zakup w ramach zadania pn.: „**Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**”

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający, udziela wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów ZO zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego:

Wniosek I

Pytanie 1 (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego i Umowy – Zestawienie warunków – Parametry techniczne): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 2. Tabeli w części *Wymagania dotyczące urządzenia*:

„Dostarczona aparatura ma być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w zakresie konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia (w języku polskim) w wersji papierowej i elektronicznej oraz pełną dokumentację serwisową z harmonogramem przeglądów technicznych (w języku polskim)”

Na:

„Dostarczona aparatura ma być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria i instrukcję obsługi w zakresie konserwacji, eksploatacji i dopuszczonych czynności obsługowych o charakterze technicznym przedmiotu zamówienia (w języku polskim) w wersji papierowej i elektronicznej oraz harmonogram przeglądów technicznych (w języku polskim)”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Pytanie 2 (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego i Umowy – Zestawienie warunków – Parametry techniczne): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 4. Tabeli w części *Wymagania dotyczące urządzenia*:

„Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi zaoferowanego aparatu. Potwierdzone stosownymi certyfikatami.”

Na:

„Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji (w zakresie dopuszczonym i opisanym w instrukcji obsługi) i obsługi zaoferowanego aparatu. Potwierdzone stosownymi certyfikatami.”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Pytanie 3 (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór/Projekt umowy): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści § 2 ust. 5 pkt. 1:

„W okresie gwarancji czas przystąpienia do naprawy maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przy naprawie w miejscu instalacji oraz usunięcie uszkodzenia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.”

Na:

„W okresie gwarancji czas reakcji serwisu maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i w przypadku, gdy naprawa może zostać wykonana w miejscu instalacji, zakończenie jej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Jeżeli naprawa nie może zostać wykonana w miejscu instalacji stosuje się warunki serwisu gwarancyjnego zawarte w załączniku nr 4 do Umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.



Pytanie 4 (Załącznik nr 4 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 2:

„Sprzęt zostanie wymieniony na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego modułu (części) w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Na:

„W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego modułu (części) w wyniku zaistniałej awarii moduł ten (część) zostanie wymieniony na nowy w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Pytanie 5 (Załącznik nr 4 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 5:

„Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu max. 24h od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Na:

„Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszoną awarię wynosi max. 24h od chwili przyjęcia zgłoszenia z wyłączeniem dni wolnych i dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Pytanie 6 (Załącznik nr 4 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 6:

„Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Na:

„Ustala się, że maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw winien wynieść 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, natomiast w uzasadnionych przypadkach, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza Polski i/lub konieczna jest naprawa w siedzibie serwisu producenta dopuszcza się przekroczenie wyżej wskazanego terminu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę urządzenia lub podzespołu zastępczego do czasu zakończenia naprawy.”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Pytanie 7 (Załącznik nr 4 do Umowy – Warunki serwisu gwarancyjnego): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu 7:

„Wykonawca udziela gwarancji na min. 10 lat na dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji.”

Na:

„Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych lub usługi naprawy, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów przez okres min. 10 lat od daty produkcji urządzenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

Paweł Natkowski
Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym